



# ATACC Pre-RSI (Rapid Sequence Induction) challenge-response check list

emergency

- **Pre-oxygenating?** ..... **Check**
- Oxygen cylinder >half full & spare cylinder next to patient..... Check
- Baseline BP seen ..... Check
- Baseline saturation seen ..... Check

## IVI / Drugs

- Cannula connected to fluid and runs easily ..... Check
- 2nd cannula in situ..... Check
- Induction agent dose chosen ..... \_\_\_\_\_ mg Check
- Paralytic agent dose chosen..... \_\_\_\_\_ mg Check
- Drug giver briefed ..... \_\_\_\_\_ mg Check
- Maintenance drugs and Emergency drugs available ..... Check
- In-line immobiliser briefed..... Check
- Cricoid manipulation person briefed..... Check

## Laryngoscopes

- Laryngoscope: blade size chosen & bulb working..... Check
- Back-up laryngoscope bulb working..... Check
- McCoy working ..... Check
- Suction working..... Check
- Hand-held back-up suction available..... Check

## ET tubes

- Bougie ..... Check
- Tube size chosen ..... size \_\_\_\_ Check
- Tube cuff tested ..... Check
- Syringe for cuff..... Check
- Alternate tube size chosen ..... size \_\_\_\_ Check
- BVM connected to oxygen ..... Check
- Circuit: filter, CO<sub>2</sub> detector ..... Check
- Tube tie..... Check
- Guedel airway & 2 nasopharyngeal airways available ..... Check
- LMA available if we fail to intubate on 2nd attempt? ..... Check
- A means of indirect laryngoscopy available? ..... Check
- Surgical airway kit available ..... Check

**Check Complete**..... **Proceed to RS**



# Checkliste zur Schnelleinleitung bei Notfallnarkosen (ATACC-Pre-RSI)

emergency

- Präoxygenierung? ..... Check
- Sauerstoffversorgung? >mind. 2l-Flasche halb gefüllt plus Ersatzflasche ..... Check
- Initialer Blutdruck ..... Check
- Initiale Sauerstoffsättigung ..... Check

## IV-Zugang/ Medikamente

- IV-Zugang liegt und läuft ..... Check
- 2. IV-Zugang liegt an ..... Check
- Ggf. alternativer Zugangsweg ..... Check
- Einleitungsmedikament ausgewählt, Dosis? ..... \_\_\_\_ mg Check
- Relaxans ausgewählt, Dosis? ..... \_\_\_\_ mg Check
- Medikamentengeber gebrieft ..... Check
- Medikamente zur Aufrechterhaltung und Notfallmedikamente vorbereitet und bereit.. Check
- Assistent zur In-Line Immobilisation gebrieft ..... Check
- Assistent für Krikoidmanöver gebrieft ..... Check

## Laryngoskop

- Laryngoskop Spatelgröße festgelegt, Licht? ..... Check
- Ersatzlaryngoskop bereit und funktionierend ..... Check
- Absaugung bereit und funktionierend ..... Check
- Ersatzabsaugung mechanisch bereit und funktionierend ..... Check

## ET -Tubus

- Bougie (Umintubationsmandrin) ..... Check
- Tubusgröße ausgewählt, Tubus bereit ..... Größe \_\_\_\_ Check
- Blockerspritze ..... Check
- Cuff getestet ..... Check
- Alternative Tubusgröße bereitgelegt ..... Größe \_\_\_\_ Check
- Beatmungsbeutel mit Sauerstoffanschluss ..... Check
- Patientenschlauchsystem, Filter, CO<sub>2</sub>-Detektor ..... Check
- Tubusfixation ..... Check
- Guedel-Tubus, Wendel-Tubus bereit ..... Check
- alternative Beatmungshilfe (z.B. LMA, LTD) vorbereitet,  
Anwendung nach zweitem Fehlversuch ..... Check
- Möglichkeit der indirekten Laryngoskopie vorhanden ..... Check
- Set chirurgischer Atemweg vorhanden ..... Check

**Check komplett..... RSI beginnen**